

SỞ Y TẾ THANH HÓA
BỆNH VIỆN ĐK HUYỆN NHƯ THANH

Số : 184 /TM- BVNT

Thư mời tham gia chào giá

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Như thanh, ngày 17 tháng 08 năm 2023

Kính gửi : Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên đơn vị: Bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh.

- Địa chỉ: Khu phố 3 – Thị trấn Bến Sung – Huyện Như Thanh – Tỉnh Thanh Hóa.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: Hoàng Sỹ Khoa

Chức vụ: Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp

Số điện thoại: 0915279491

Email: bshoangsykhoa@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại Phòng KHTH Bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh.

Địa chỉ: Khu phố 3 – Thị trấn Bến Sung – Huyện Như Thanh – Tỉnh Thanh Hóa.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 8h ngày 18/08/2023 đến trước 17 h ngày 28/08/2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 10 ngày, kể từ ngày 18/8/2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật, và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính
1	Monitor sản khoa theo dõi song thai Model: FC-1400 Hãng: Bionet Xuất xứ: Hàn Quốc	- Kích thước: 296(W) × 305.5(H) × 97.5(D) mm. - Trọng lượng: Xấp xỉ 3,2kg (bin ngoài) - Màn hình hiển thị: 320×240 STN màn tinh thể lỏng LCD (4.7inch) Bộ phận ghi: - Phương pháp: Dạng in nhiệt liên tục - Độ phân giải: - 8(đọc)/10(ngang) chấm/mm - Tốc độ in: 1,2,3 - In tốc độ cao: 50cm/phút Đặc điểm công suất: - Công suất thích hợp đầu vào: 100 ~ 240VAC, 50~60Hz, 1.2A	01	Cái

- Đầu ra: 18VDC, 2.5A
- Chức năng bảo vệ lỗi nguồn: Có
- Pin (Tùy chọn): Ni-MH (12V, 2600mA)
- Liên kết ngoài: Thông qua cổng RS - 232C,
- Chương trình tải dữ liệu xuống, Hệ thống kết nối trung tâm(Tự chọn)

Đặc điểm môi trường:

- Dải nhiệt độ:
- Nhiệt độ hoạt động: 10~40 độC
- Nhiệt độ tích trữ: -10~60 độC

Đặc điểm hiệu suất:

- Tín hiệu đầu vào dải nhịp tim của thai nhi.
- Xung sóng siêu âm doppler
- Tần số sóng siêu âm: 1.0Mhz
- Công suất sóng siêu âm: <10mW/cm2
- Phương pháp dò tìm FHR: Tự động tương thích
- Dải đo: 50 – 210 nhịp cho mỗi phút (bpm)
- Độ chính xác FHR: ± 1 bpm trên dải FHR bình thường
- Hoạt động của dạ con:
- Nguồn vào: Sự biến đổi sức căng từ bên ngoài vào
- Điều khiển tham khảo Zero: Khóa chuyển đổi một chạm.
- Dải đo: 0 ~ 99 đơn vị
- Đo sự chuyển động của thai nhi:
- Nguồn gốc sự nhận thấy: Xung sóng siêu âm doppler
- Phương pháp ghi:
- Mối quan hệ giữa cường độ và khoảng thời gian mà thai nhi chuyển động được biểu hiện bằng sóng dạng bông.
- Lưu trữ dữ liệu: Lưu trữ được 12 giờ

Nơi nhận :

- Như kính gửi
- Trang Web : <http://benhviendakhoanhuthanh.vn>
- Lưu văn thư -KHTH

