

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua hóa chất xét nghiệm và vật tư y tế tại bệnh viện đa khoa Như Thanh năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh  
Khu phố 3 - Thị trấn Bến Sung – Huyện Như Thanh – Tỉnh Thanh Hóa
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  
Ông: Lê Hữu Hiệp – Trưởng Khoa Dược bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh.  
Điện thoại: 0974272923  
Email: [Lehiep.bvnt@gmail.com](mailto:Lehiep.bvnt@gmail.com)
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
  - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa dược bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh.  
Khu phố 3 - Thị trấn Bến Sung – Huyện Như Thanh – Tỉnh Thanh Hóa
  - Nhận qua email: [Lehiep.bvnt@gmail.com](mailto:Lehiep.bvnt@gmail.com)
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 26 tháng 06 năm 2024 đến trước 16h30 ngày 05 tháng 07 năm 2024  
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 05 tháng 07 năm 2024.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục yêu cầu báo giá.

| STT | Danh mục  | Mô tả về yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng | Đơn vị tính |
|-----|---|--|----------|-------------|
| 1   | 1.Máy xét nghiệm miễn dịch Standard TMF200 (SD Biosensor/ Hàn Quốc) |  |          |             |

|  |  |  |       |      |
|--|--|--|-------|------|
| 1  | Test định lượng beta HCG trên máy Standard F | Định lượng beta-HCG trong mẫu máu toàn phần, huyết thanh.<br>Thời gian đọc kết quả 15 phút.<br>Mẫu: máu toàn phần, huyết thanh<br>Bảo quản: từ 2-30C<br>Hạn dùng 18 tháng kể từ ngày sản xuất.<br>Là test thử theo máy Standard F.   | 20    | Test |
| 2  | Test định lượng TSH trên máy Standard F      | Định lượng nồng độ TSH trong mẫu huyết thanh,<br>Thời gian đọc kết quả 15 phút.<br>Mẫu: máu toàn phần (EDTA), huyết thanh<br>Bảo quản: từ 2-30C<br>Hạn dùng 18 tháng kể từ ngày sản xuất.<br>Là test thử theo máy Standard F.  | 20    | Test |
| 3  | Test định lượng T3 trên máy Standard F       | Định lượng nồng độ T3 - triiodothyronine 3 trong mẫu huyết thanh<br>Thời gian đọc kết quả 15 phút.<br>Mẫu: huyết thanh<br>Bảo quản: từ 2-30C<br>Hạn dùng 18 tháng kể từ ngày sản xuất.   | 20    | Test |
| 4  | Test định lượng fT4 trên máy Standard F      | Định lượng nồng độ fT4 - free thyroxin 4 trong mẫu huyết thanh<br>Thời gian đọc kết quả 15 phút.<br>Mẫu: huyết thanh<br>Bảo quản: từ 2-30C<br>Hạn dùng 18 tháng kể từ ngày sản xuất.<br>Là test thử theo máy Standard F.   | 20    | Test |
| <b>2.Máy xét nghiệm nước tiểu U-AQ Smart (Humasis/ Hàn Quốc)</b> |  |  |       |      |
| 5  | Test thử nước tiểu 11 thông số               | Phương pháp đo quang phổ bằng các máy phân tích nước tiểu cùng dòng, có bước sóng 460 nm và 550 nm, 650 nm.<br>- Kết quả nhanh chóng (tất cả các dải test được đọc cùng một lúc, từ 1~2 phút sau khi nhúng).<br>- Kích thước: 5 mm (chiều rộng) x 115 mm (chiều dài) x 0.9 (chiều cao).<br>- Trọng lượng: 0.398g<br>- Hạn dùng: 24 tháng   | 5.000 | Test |
| <b>3.vật tư y tế</b>   |  |  |       |      |
| 6  | Mask khí dung                                | - Làm từ nhựa PVC, không gây kích ứng, bề mặt mềm mại, mịn màng, trong suốt.<br>- Thiết kế thích hợp với tất cả các loại máy khí dung. Phù hợp với thiết bị của bệnh viện<br>- Có dụng cụ chứa thuốc. Dây dẫn chính có chiều dài 2m.<br>- Mặt nạ có dây đeo đàn hồi. Bầu đựng thuốc 6ml. Tốc độ phun sương từ 0.60ml -> 0.70ml/phút. Giọt phun sương từ 0.010ml -> 0.014ml/giọt. Lưu lượng 4.8L/Phút<br>- Bao gồm mặt nạ, cốc thuốc, dây nối, thắt lưng đàn hồi, kẹp mũi (nhôm flake) có thể điều chỉnh và ống nối<br>- Sản phẩm được dùng để quản lý thuốc cho người bệnh dưới dạng sương mù hít vào phổi<br>- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE.Gồm các size : S, M, L, XL | 20    | cái  |

|                              |                     |  |     |     |
|------------------------------|---------------------|--|-----|-----|
| 7                            | Băng rón tiết trùng | Thành phần 2 khoản gồm: Băng rón: 1 cái + gạc đắp rón 5cm x 5cm x 12 lớp: 1 cái<br>Công dụng : Được dùng để băng đắp bên ngoài, quanh vùng rón trẻ sơ sinh.<br>Hình thức: Băng rón có dạng hờ 2 đầu : Chiều dài băng rón : 10cm (± 1cm ), Chiều ngang băng rón : 7cm (± 1cm) Sản phẩm có màu trắng ngà của sợi, không dính bụi bẩn đảm bảo vệ sinh. Không mùi, không được nhuộm màu. Sợi dệt đồng đều, mịn, đàn hồi.<br>Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Eo.gas<br>Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận GMP,CE. | 200 | cái |
| 8                            | Sáp Parafil         | Sáp Parafil, Màu trắng đục, sáp thanh  | 50  | kg  |
| <b>4.Hóa chất dùng chung</b> |                     |  |     |     |
| 9                            | Dầu parafil         | Dầu parafil, dung dịch lỏng trơn, không màu, không mùi   | 5   | Lít |
| 10                           | Bột Cloramin B      | Hóa chất khử khuẩn, khử trùng Cloramin B. Dạng bột màu trắng , mùi đặc trưng clo.  | 25  | kg  |
| <b>Tổng cộng: 10 khoản</b>   |                     |  |     |     |

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt:

Bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh

Khu phố 3 - Thị trấn Bền Sung – Huyện Như Thanh – Tỉnh Thanh Hóa

Bên bán chịu trách nhiệm vận chuyển giao hàng tại kho bên mua.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Sau 5 ngày kể từ ngày nhận dự trù.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không quá 90 ngày kể từ ngày hai bên ký nghiệm thu bàn giao hàng.

**Nơi nhận:**

**GIÁM ĐỐC**

- Như trên:( Đăng tải Website:

<http://benhviendakhoanhuthanh.vn/> )

- Lưu: VT, KD.

**Hoàng Công Hưng**

