

SỞ Y TẾ THANH HÓA
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
HUYỆN NHƯ THANH

Số: 325/TB-BVNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Như Thanh, ngày 21 tháng 10 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua máy đo chức năng hô hấp phục vụ công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa Như Thanh với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh
Khu phố 3 - Thị trấn Bến Sung – Huyện Như Thanh – Tỉnh Thanh Hóa
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Ông: Quách Văn Thiện – Phó phòng Kế hoạch tổng hợp bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh.
Điện thoại: 0969029456
Email: bsthien0410@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch tổng hợp, bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh.
Khu phố 3 - Thị trấn Bến Sung – Huyện Như Thanh – Tỉnh Thanh Hóa
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 21 tháng 10 năm 2024 đến trước 16h30 ngày 21 tháng 11 năm 2024
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 21 tháng 10 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục yêu cầu báo giá:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật, và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính
1	Máy đo chức năng hô hấp	I. Yêu cầu chung: - Chất lượng máy: Mới 100% - Năm sản xuất: từ năm 2023 về sau - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz - Điều kiện môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa: + Độ ẩm tối đa: II. Cấu hình: - Máy chính: 01 bộ - Đầu cảm biến lưu lượng: ≥ 02 cái - Xy lanh chuẩn máy 1 lít: ≥ 01 cái - Tay cầm cảm biến lưu lượng: 01 cái - Kẹp mũi: ≥ 01 cái - Giấy ngậm miệng: ≥ 100 cái - Dây nguồn: 01 cái - Giấy in nhiệt: ≥ 01 cuộn - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ III. Thông số kỹ thuật: - Loại cảm biến lưu lượng: Nhờ bộ phận cảm biến kiểu Lilly (theo 2 hướng) - Dải đo lưu lượng: $\pm 0,05$ đến ± 14 l/s - Độ phân giải đo lưu lượng: 0,01 l/s - Độ chính xác đo thể tích: $\pm 3\%$ hoặc 0.05 l - Màn hình theo dõi: Màn hình màu TFT 10.4 inch (640X480 pixels) - Máy in nhiệt tích hợp: Kích thước giấy bề rộng 112 mm - Lưu trữ dữ liệu: Khoảng 1000 bệnh nhân với thẻ nhớ 64mb - Kết nối với máy tính bằng: RS-232, USB, CF slot - Nguồn điện: AC 100V-240V, 50 Hz - Công suất tiêu thụ: 11 VA - Kích thước: Rộng 3500mm Dài 290mm 100mm	01	Cái

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt:

Bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh

Khu phố 3 - Thị trấn Bến Sung – Huyện Như Thanh – Tỉnh Thanh Hóa

Bên bán chịu trách nhiệm vận chuyển giao hàng tại kho bên mua.

3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không quá 90 ngày kể từ ngày hai bên ký nghiệm thu bàn giao hàng.

GIÁM ĐỐC



Hoàng Công Hưng