

Số: /TB-BVNT

Như Thanh, ngày 21 tháng 04 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm vật tư y tế tại bệnh viện đa khoa Như Thanh tháng 04 năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh
Khu phố 3 - Thị trấn Bến Sung – Huyện Như Thanh – Tỉnh Thanh Hóa
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Ông: Lê Hữu Hiệp – Trưởng Khoa Dược bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh.
Điện thoại: 0974272923
Email: Lehiep.bvnt@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa dược bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh.
Khu phố 3 - Thị trấn Bến Sung – Huyện Như Thanh – Tỉnh Thanh Hóa
 - Nhận qua email: Lehiep.bvnt@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 21 tháng 04 năm 2025 đến trước 16h30 ngày 29 tháng 04 năm 2025.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 29 tháng 04 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục yêu cầu báo giá.

| STT | Danh mục | Mô tả về yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng | đơn vị tính |
|-----|----------|--|----------|-------------|
|-----|----------|--|----------|-------------|

| I | 1. vật tư y tế | | | |
|---|--|--|------|----|
| 1 | Phim XQ khô 25 x 30 cm | <p>Phim X-quang laser (DI-HL) kích thước 25*30 cm được thiết kế đặc biệt chuyên dùng máy in phim Fujifilm laser Drypix. Cấu tạo gồm 4 lớp: lớp bảo vệ phía trên, lớp nền phim, lớp nhạy quang, lớp bảo vệ phía dưới. Phim có nền xanh, nhạy quang, mật độ quang tối đa: 3.3. Thành phần lớp bảo vệ phía trên: 86% gelatin; lớp nền phim 100% polyethylene terephthalate, độ dày của lớp nền phim: 170µm; lớp nhạy quang: 59% latex polymer và 36% phụ gia nhạy quang; lớp bảo vệ phía dưới: 88% gelatin. Nhiệt độ bảo quản phim mới: 10°C - 25°C, độ ẩm 30-60% RH.</p> <p>Xuất xứ: G7</p> | 1500 | Tờ |
| 2 | Catherter ngoài màng cứng | <p>Kim đầu cong 18G dài 3 1/4", thân kim có chia vạch.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có bơm tiêm giảm kháng lực giúp xác định khoang màng cứng dễ dàng và chính xác - Catheter bằng polyamid không bị gãy gập, dài 1000mm, có đường cản quang ngầm, đầu catheter có 3 lỗ thoát thuốc. - Đầu nối catheter dạng nắp bật tránh tình trạng vặn quá mức gây tắc catheter - Màng lọc với kích thước lỗ lọc 0.2 micron giúp tiêm thuốc an toàn và vô khuẩn. - Bơm tiêm 20ml, bơm tiêm 3ml và 3 kim tiêm G25,G21,G18 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016, chứng chỉ EC | 20 | Bộ |
| 3 | Bộ tiêm truyền dịch tự động dùng 1 lần có PCA | <ul style="list-style-type: none"> - Dung tích: 275ml - Vỏ bơm cấu tạo từ vật liệu AS, ABS. - Bên trong vỏ bơm truyền dịch có ộp chụp bảo vệ giới hạn lượng dung dịch bơm vào vượt quá dung tích cho phép. - Cổng bơm thuốc vào nằm trên dây dẫn, có van silicone một chiều, làm từ vật liệu ABS, PVC. - Tổ hợp 4 vị trí điều chỉnh trong một sản phẩm: 2ml/h, 4ml/h, 6ml/h, 8ml/h. Khóa rời điều chỉnh tốc độ dòng. | 20 | Bộ |

| | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Tích hợp bộ giảm đau PCA: liều bolus: 1ml, thời gian lockout time: 15 phút. - Bộ phận lọc khí màng lọc 5µm. - Có tích hợp thang đo thể tích in lên trên vỏ bơm truyền. | | |
| Tổng cộng: 03 khoản | | | | |

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt:

Bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh

Khu phố 3 - Thị trấn Bến Sung – Huyện Như Thanh – Tỉnh Thanh Hóa

Bên bán chịu trách nhiệm vận chuyển giao hàng tại kho bên mua.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Sau 5 ngày kể từ ngày nhận dự trù.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không quá 90 ngày kể từ ngày hai bên ký nghiệm thu bàn giao hàng.

Nơi nhận:

- Như trên:(Đăng tải Website:

<http://benhviendakhoanhuthanh.vn/>)

- Lưu: VT, KD.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Công Hưng