

SỞ Y TẾ THANH HÓA
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
NHƯ THANH

Số: 476/TB-BVNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Như Thanh, ngày 17 tháng 9 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Như Thanh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua trang thiết bị, y cụ, giường inox phục vụ công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa Như Thanh với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Như Thanh

Khu phố 3 – xã Như Thanh – Tỉnh Thanh Hóa

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông: Quách Văn Thiện – Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ bệnh viện đa khoa Như Thanh.

Điện thoại: 0969029456

Email: bsthien0410@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch nghiệp vụ, bệnh viện đa khoa Như Thanh.

Khu phố 3 – xã Như Thanh – Tỉnh Thanh Hóa

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 17 tháng 9 năm 2025 đến trước 16h30 ngày 27 tháng 9 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 17 tháng 9 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục yêu cầu báo giá:

TT	Đặc tính kỹ thuật và cấu hình thiết bị	DVT	SL
1	Máy siêu âm trị liệu đa tần (máy điều trị bằng sóng siêu âm) Model: CWM-302 Hãng Sản xuất: CHUNGWOO CO.,LTD Cấu hình gồm: 1. Máy chính: 01 chiếc 2. Đầu dò (đầu phát siêu âm): 02 chiếc (1Mhz và 3 Mhz) 3. Gel bôi : 1 lọ quà tặng thêm 4. Dây nguồn 220V : 01 chiếc 5. Hướng dẫn sử dụng Anh- Việt 1 bộ 6. Lựa chọn thêm đầu dò bút chì màu đen 3Mhz) 7. Xe đẩy bằng thép sơn tĩnh điện THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Nguồn điện: AC 110~240V, 50/60Hz - Lớp bảo vệ điện giật: 1BF - Điện năng tiêu thụ: 80VA - Công suất đầu ra: 0 – 7W - Tần số phát sóng siêu âm: 1MHz và 3MHz - Cường độ siêu âm: 0 ~ 3W/cm² - Thời gian: 1~30 phút, có thể điều chỉnh được - Điều kiện làm việc: 10 ÷ 40℃, độ ẩm: 10 ÷ 80 % áp suất: 700 ÷ 1060 hPa - Kích thước: 290(W) x 235(D) x 100(H) - Trọng lượng: 3.2 kg	Cái	1
2	Máy trị liệu xoa bóp tuần hoàn khí Model: POWER-Q2200 Hãng Sản xuất: WONJIN MULSAN CO., LTD. I. Thông tin chung - Thiết bị mới 100% - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE II. Cấu hình Máy chính : 01 cái Ống nén khí xoa bóp chân : 01 cái Dây cáp : 01 cái Tài liệu HDSD : 01 quyển III. Thông số kỹ thuật Nguồn điện: AC 220V, 60Hz	Cái	2

	Công suất tiêu thụ: 50VA Thời gian điều trị: 0 ~ 30 phút Áp suất tối đa: 235mmHg ($\pm 10\%$) Trọng lượng: 2.0kg Kích thước: 260 x 200 x 125 mm IV. Thông tin khác - Bảo hành thiết bị: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. - Cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong 05 năm sau khi hết hạn bảo hành. - Đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành, sửa chữa nhỏ thiết bị tại đơn vị sử dụng. - Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo trì chi tiết (Tiếng Anh + Tiếng Việt) - Cung cấp CO, CQ		
3	Máy sắc thuốc đóng túi tự động 1 nồi Model: YJCL20/1+1 (S) Hãng Sản xuất: Dingli I. Yêu cầu chung: - Thiết bị mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên đai nguyên kiện, năm sản xuất 2024 trở về sau - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 II. Yêu cầu cấu hình: - Máy chính: 01 cái - Dây nguồn: 01 cái - Hướng dẫn sử dụng: 1 bộ III. Thông số kỹ thuật - Nguồn điện: 220V - Công suất tiêu thụ điện nồi đun: 2000W - Tổng công suất tiêu thụ điện: 2800W - Công suất đóng túi (gói/phút): 8 túi/ phút - Dung tích túi thuốc: 70 đến 280 ml - Kích thước: 570 x 650x1220(mm) - Trọng lượng: 65 kg - Thể tích bình: 20 lít IV. Yêu cầu khác - Bảo hành thiết bị: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. - Cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong 05 năm sau khi hết hạn bảo hành. - Đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành, sửa chữa nhỏ thiết	Cái	2

	sau khi hết hạn bảo hành. - Đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành, sửa chữa nhỏ thiết bị tại đơn vị sử dụng.		
5	Giường Bệnh nhân inox Thông số: Kích thước: 2050x900x1650mm $\pm$5% - Chất liệu : Inox 201 - Giường bệnh nhân inox kèm theo dát inox và 2 cọc màn chữ U inox gắn liền với đầu và đuôi giường, phần nâng đầu bằng thanh răng từ 0 - 45⁰ - Toàn bộ khung giường làm bằng inox hộp 30x60 - Chân giường làm bằng inox Φ 32 - Đầu giường được kết cấu đan xen các nan bằng inox ống Φ 16mm. - Dát giường được liên kết với phần đầu và chân giường bằng 4 nệm chót inox đột dập dày 3 ly. - Đệm giường dày 50mm: Vỏ được làm bằng da Simyli màu ghi, kéo khóa. - Ruột được làm bằng tấm PE không thấm dịch, nước. - Tải trọng: 200kg	Cái	40
6	Máy đo huyết áp điện tử Model: Hem8712 Hãng Sản xuất: Omron Giới hạn đo: Huyết áp: Từ 0 đến 299 mmHg Nhịp tim: Từ 40 đến 180 nhịp/phút Độ chính xác: Huyết áp: $\pm$ 3 mmHg Nhịp tim: $\pm$ 5 % Cơ chế hoạt động: Tự động bơm xả khí và đo giao động	Cái	2
7	Nhiệt kế điện tử Model: FR1MF1 Hãng Sản xuất: Microlife Mô tả sản phẩm Nhiệt kế đo không chạm, cho kết quả nhanh chóng và chính xác Loại: Nhiệt kế không tiếp xúc FR1MF1. Khoảng đo: Đo thân nhiệt: 34,0 - 43,0°C (93,2 - 109,4°F).	Cái	2

	Đo vật thể: 0,0 - 100,0 °C (32,0 - 212,0 °F). Độ chính xác: Trong điều kiện phòng thí nghiệm: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ trong khoảng 36,0 - 39,0°C. $(\pm 0,4^{\circ}\text{F}$ trong khoảng 96,8 - 102,2°F). Màn hình: LCD, 4 chữ số với các ký hiệu riêng. Bộ nhớ: 30 kết quả của các lần đo trước kèm thời gian đo. Nhiệt độ môi trường đo: Chế độ đo thân nhiệt: 16,0 - 40,0°C (60,8-104,0°F). Chế độ đo vật thể: 5,0 - 40,0°C (41,0 - 104,0°F).		
8	Bộ van bình oxy	Cái	1
9	Bộ điện cực kẹp chi	Bộ	5
10	Bộ dây điện tim máy điện tim 3 cần	Bộ	5


2. Địa điểm tiếp nhận, lắp đặt:

Bệnh viện đa khoa Như Thanh

Khu phố 3 – xã Như Thanh – Tỉnh Thanh Hóa

Bên bán chịu trách nhiệm vận chuyển giao hàng tại kho bên mua.

3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không quá 90 ngày kể từ ngày hai bên ký nghiệm thu bàn giao hàng.



Hoàng Công Hưng